



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230310001 号

产品名称：光营养仪

产品型号：天哲- II

申请公司：杭州天才神瞳实业有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@cntt-cert.com 网址：www.cntt-cert.com

深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	光营养仪	产品型号	天皙-II
申请单位名称	杭州天才神瞳实业有限公司	申请单位地址	浙江省杭州市西湖区留下街道杨家牌楼百家园路118号1幢230室
制造单位名称	深圳市神瞳信息科技有限公司	制造单位地址	深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区20号硅谷动力智能终端产业园A19栋402
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1个	测试时间	2023年03月14日
样品状态说明	充电电压：5V ⁼⁼ 。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路109号1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	光营养仪的激光安全等级为1类，详见报告后续页面。  签发日期：2023年03月17日		
备注	天皙-III，天皙-IV，天皙-V，天皙6.0，天皙7.0与主检型号产品结构、规格相同，差异仅为产品外观装饰及命名型号，差异不影响产品安全性和性能。 测试仅在主检型号天皙-II上进行。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：

周磊

审核：

陆祖年

批准：

赵反中