



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230327011 号

产品名称：红光屏（哺光视保仪）

产品型号：YFHGP-2023M

申请公司：眼福科技（台州）有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@cntt-cert.com 网址：www.cntt-cert.com

深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	红光屏（哺光视保仪）	产品型号	YFHGP-2023M
申请单位名称	眼福科技（台州）有限公司	申请单位地址	浙江省台州市临海市汛桥镇灵江湾 1-99
制造单位名称	眼福科技（台州）有限公司	制造单位地址	浙江省台州市临海市汛桥镇灵江湾 1-99
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2023 年 3 月 31 日
样品状态说明	供电额定电压：5.0V = 供电额定电流：2.0A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	红光屏（哺光视保仪）的激光安全等级为 1 类，详见报告后续页面。  签发日期：2023 年 4 月 14 日		
备注	商标：九点太阳(由委托方提供)。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：

周磊

审核：

陆祖年

批准：

李反中