



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230407007 号

产品名称：手持激光打标机

产品型号：SY-S18

申请公司：广州硕昱电子科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@cntt-cert.com 网址：www.cntt-cert.com

深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	手持激光打标机	产品型号	SY-S18
委托单位名称	广州硕昱电子科技有限公司	委托单位地址	广州国际企业孵化器 A 座 3A406
制造商名称	广州硕昱电子科技有限公司	制造商地址	广州国际企业孵化器 A 座 3A406
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2023 年 4 月 07 日-4 月 13 日
样品状态说明	供电额定电压：100-240V~50/60Hz，供电额定电流：3.8A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	手持激光打标机的激光安全等级为 4 类，详见报告后续页面。 (检验检测专用章) 签发日期：2023 年 4 月 24 日		
备注	商标：硕昱(由委托方提供)。 本次主测型号 SY-S18 与系列型号 SY-M25，SY-L30 仅型号命名及外观装饰不同，其他均相同。差异不影响产品安全性和性能。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：该测试项目不做判断。		

编制：

谢江洋

审核：

陆祖年

批准：

赵反平