



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230423010 号

产品名称：视康仪

产品型号：sky-n1201a

申请公司：北京明仁视康科技有限公司


检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	视康仪	产品型号	sky-n1201a
申请单位名称	北京明仁视康科技有限公司	申请单位地址	北京市昌平区科技园区火炬街 21 号 401-6 室
制造单位名称	北京明仁视康科技有限公司	制造单位地址	北京市昌平区科技园区火炬街 21 号 401-6 室
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2023 年 04 月 23 日-5 月 4 日
样品状态说明	供电额定电压：6V =。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	视康仪的激光安全等级为 1 类，详见报告后续页面。  签发日期：2023 年 06 月 01 日		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：

周磊

审核：

陆祖年

批准：

李反中