



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230731004 号

产品名称：手持式再生金属分析仪

产品型号：HMA1000

申请公司：津海威视技术（天津）有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@ctnt-cert.com 网址：www.ctnt-cert.com

# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	手持式再生金属分析仪	产品型号	HMA1000
申请单位名称	津海威视技术（天津）有限公司	申请单位地址	天津市空港经济区西九道 159 号 清华同方 312 室
制造单位名称	津海威视技术（天津）有限公司	制造单位地址	天津市空港经济区西九道 159 号 清华同方 312 室
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2023 年 7 月 31 日-8 月 1 日
样品状态说明	供电额定电压：12.0V = ， 供电额定电流：2.0A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	手持式再生金属分析仪的激光安全等级为 1 类，详见报告后续页面。  签发日期：2023 年 8 月 8 日		
备注	 商标：NUCTECH (由委托方提供)。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：谢任洋 审核：陆祖年 批准：赵反中

标记副本:

激光等级及相关警示标记示例如下，制造商应将对应标记固定在产品说明书的适当位置。



标签 1: 说明标记