



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230804014 号

产品名称：生命体征监测器

产品型号：ZA-H-006

申请公司：深圳市智爱康养科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	生命体征监测器	产品型号	ZA-H-006
委托单位名称	深圳市智爱康养科技有限公司	委托单位地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平朗路 8 号左右云创谷 1 栋 A 座 1209-1210
生产单位名称	深圳市智爱康养科技有限公司	生产单位地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平朗路 8 号左右云创谷 1 栋 A 座 1209-1210
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	检测时间	2023 年 08 月 09 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：5V $\bar{\square}$ 2A； 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：智爱孝（由委托商提供） 附加型号 ZA-H-B1E、ZA-H-B21、ZA-H-B31、ZA-H-B41 与主测型号的电气安全结构、关键器件、使用环境条件一致。本次测试仅在主测型号 ZA-H-006 上进行。		

编制：田国海

审核：陆祖年

批准：赵飞宇


未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@ctnt-cert.com 网址：www.ctnt-cert.com

### 样品描述及说明

1. 电击防护类型： I 类  II 类  III 类  其他[与电源适配器整体为 II 类，器具本体为 III 类]
2. 与电源连接的方式：
  - 不打算永久性连接到固定布线：
    - 装有一个插头的电源软线
    - 直插式插头
    - 由适配器供电
  - 打算永久性连接到固定布线：
    - 连接固定布线电缆的一组接线端子
    - 连接柔性软线的一组接线端子
    - 一组电源引线
    - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖
- III 类器具：
  - 由电源适配器供电
  - 由直流输入供电
  - 由电池供电，带有输入接口，可为电池充电
  - 装有直接插入输出插座的插脚为电池充电
  - 电池供电



产品铭牌样式