CTNT®中为检验技术

202119015918

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告

报告编号：中为检字第 2609150190201 号

产品名称：AMIRO10 合 1LED 光疗面罩

产品型号：L3

商标/品牌：/

申请公司：深圳市宗匠科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司

检验检测专用章

未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。
电话：0755-28680489　　邮箱：admin@ctnt-cert.com　　网址：www.ctnt-cert.com

深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	AMIRO10 合 1LED 光疗面罩	产品型号	L3
申请单位名称	深圳市宗匠科技有限公司	申请单位地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 25 层
生产单位名称	深圳市宗匠科技有限公司	生产单位地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 25 层
来样方式	委托方送样	到样时间	2026 年 09 月 18 日
样品数量	1 个	测试时间	2026 年 10 月 13 日
样品状态说明	样品规格：额定充电输入：5V⎓ 2A 10W。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	广东省深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 108 号 C 栋 2 楼 114。		
检验依据	GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》		
判定依据	同检验依据。		
检验项目	光生物安全性。		
检验结论	依照 GB/T 20145-2006 规定的方法进行辐射危害分类，经检验，产品的危害等级为无危险类。 （检验检测专用章） 签发日期：2026 年 10 月 23 日		
备注	1. 本产品包含 10 种工作模式光源，本次测试对所有工作模式的光源依据标准规定的接收角测量最严酷情况的辐照度和辐亮度，并根据相应的危害评估对其进行分类。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：对该项不作判断。		

编制：李邦志　　审核：　　批准：

未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。
电话：0755-28680489　　邮箱：admin@ctnt-cert.com　　网址：www.ctnt-cert.com